

CONCERNANT UN MEDICAMENT ET/OU UN DISPOSITIF MEDICAL

Emetteur : Rachida BEGRI, Pharmacien adjoint – PUI ECHO		Date : 15 07 2013
Destinataires : <ul style="list-style-type: none"> • Responsables de Soins • IDE 		<input type="checkbox"/> Matériovigilance <input type="checkbox"/> Pharmacovigilance <input type="checkbox"/> Réactovigilance <input checked="" type="checkbox"/> Autre : Info produit

CA, UDM, UAD, Formation

Désignation produit : Flacon 45ml NaCl 0.9%

Laboratoire : AGUETTANT

Réf ECHO : 3900

N° de lot : TOUS N° DE LOT

Réf LABO : 600428

MINIVERSOL NaCl 0,9% - Chlorure de Sodium

Afin de **diminuer le risque de confusion** et permettre une **meilleure différenciation** des **solutions de Chlorure de Sodium - NaCl - 0,9%** pour **INJECTION** ou pour **RINÇAGE**, le laboratoire **Aguettant** a **modifié les étiquettes des flacons Miniversol pour rinçage**.



Étiquettes actuelles pour le 45 ml

Fond rose pour les nouvelles étiquettes →
Mise en évidence de la mention « ne pas injecter » sur un fond blanc →



(Taille non réelle de l'étiquette)



Futures étiquettes pour le 45 ml

Pour éviter toute confusion d'utilisation de ces produits, il est recommandé :

- 📍 De définir des **zones de stockage séparées pour l'injectable et le rinçage**
- 📍 De ne pas omettre de **bien lire les étiquettes des produits avant utilisation** = **ETAPE CRUCIALE**

NOUS COMMENCERONS A VOUS LIVRER LE PRODUIT AVEC LA NOUVELLE ETIQUETTE A EUISEMENT DE NOS STOCK DE L'ANCIEN MODELE.

MERCI D'UTILISER EN PRIORITE LE PRODUIT AVEC L'ANCIENNE ETIQUETTE, AFIN DE N'AVOIR EN STOCK QUE LE PRODUIT AVEC LA NOUVELLE ETIQUETTE.

NaCl, POUR MEMOIRE,

SOLUTIONS POUR RINCAGE

Flacon 45ml NaCl 0.9%

Référence ECHO 3900



MINIVERSOL
NaCl 0,9% 45 mL

SOLUTION INJECTABLE ISOTONIQUE

Ampoule 10ml **NaCl 0,9%** Proamp

Référence ECHO 995

SOLUTION INJECTABLE HYPERTONIQUE

Ampoule 10ml **NaCl 20%** Proamp (0.20g/ml)

Référence ECHO 997



Voie d'injection
précisée



Etiquette
bleue
=
Solution
HYPERTONIQUE